



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
Delegacia Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo
Seção de Segurança e Saúde no Trabalho

Rua Martins Fontes 109, 9º andar, Centro São Paulo Cep: 01050000 Tel: 31508058 Fax:
31508050

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Em consonância com a posição adotada pela OMS – Organização Mundial da Saúde de que os países devem adotar e implementar planos para substituir os equipamentos com mercúrio, devido sua elevada toxicidade, por alternativas livres deste metal;

Com convenções internacionais, como do Conselho de Administração do PNUMA -Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que decidiu que devem ser iniciadas ações nacionais, regionais e globais, o mais rápido possível, para reduzir as emissões de mercúrio provocadas pelos seres humanos, em função dos impactos globais adversos causados pelo mercúrio;

Com o objetivo de eliminar o uso de mercúrio, previsto no programa que estamos desenvolvendo nos diversos segmentos, nos quais este elemento é utilizado nos processos de produção ou inserido nos produtos e equipamentos, tais como esfigmomanômetros e termômetros com coluna de mercúrio, de modo a prevenir os riscos da exposição dos trabalhadores, dos pacientes e da comunidade.

RECOMENDA-SE

Não usar manômetros de mercúrio com coluna aberta ("cachimbo") nos serviços de saúde, em nenhum procedimento hospitalar, de acordo com a RESOLUÇÃO-RE nº 16 da ANVISA (DOU de 07/07/2004).

Providenciar a substituição dos aparelhos, tais como termômetros de mercúrio e esfigmomanômetros com coluna de mercúrio, por equipamentos **LIVRES DE MERCÚRIO**.

São Paulo, 26 de maio de 2006

Dra. Cecília Zavariz
Médica Auditora Fiscal do Trabalho - DRT/SP